GLIDESCOPE® TITANIUM SNABBSTART

FÖR GLIDESCOPE TITANIUM-SYSTEMETS FLERGÅNGSBLAD

När du använder Titanium flergångsblad ska du välja GlideScopes videokabel med två cirkulära plastkopplingar *(se Bild 1)*.

BILD 1

1. ANSLUTA VIDEOKABELN TILL MONITORN OCH TILL BLADET

a. Välj det GlideScope-videolaryngoskop (blad) som är lämpligt för patienten.

b. Anslut videokabeln till porten på monitorns baksida genom att rikta in pilen på videokabeln mot pilen på porten och sätt i den *(se Bild 2)*. Ett klick hörs när kabeln är korrekt ansluten.

c. För att fästa den andra änden av videokabeln på bladet riktar du in pilen på videokabeln mot pilen på bladet och sätter i den. Ett klick hörs när kabeln är korrekt ansluten.

BILD 2



2. FÖRBEREDA GLIDESCOPE-SYSTEMET

a. Starta systemet genom att trycka på strömknappen *(se Bild 3)*.

b. Kontrollera att systemet fungerar korrekt genom att verifiera att den bild som visas på monitorn är från videolaryngoskopets (bladets) kamera. En liten del av bladet kan synas i det övre vänstra hörnet eller högst upp på monitorn.

c. Låt vid behov GlideScopes Reveal™ anti-im-funktion värma upp under 30-120 sekunder.

BILD 3

FÖR INSTÄLLNING AV TITANIUM-SYSTEMETS ENGÅNGSBLAD, SE BAKSIDAN.

GLIDESCOPE® TITANIUM

SNABBSTART

FÖR GLIDESCOPE TITANIUM-SYSTEMETS ENGÅNGSBLAD

När du använder Titanium-engångsblad ska du välja GlideScopes smartkabel med en cirkulär plastkoppling och en metallkoppling *(se Bild 1)*.

BILD 1

1. ANSLUTA SMARTKABELN TILL MONITORN OCH TILL BLADET

a. Välj det GlideScope-videolaryngoskop (blad) som är lämpligt för patienten.

b. Anslut smartkabeln till porten på monitorns baksida genom att rikta in pilen på smartkabelns plastkoppling mot pilen på porten och sätt i den *(se Bild 2)*. Ett klick hörs när kabeln är korrekt ansluten.

c. För att fästa den andra änden av smartkabeln till bladet riktar du in pilen på smartkabelns metallkoppling mot pilen på bladet och sätter i den.

BILD 2



2. FÖRBEREDA GLIDESCOPE-SYSTEMET

a. Starta systemet genom att trycka på strömknappen *(se Bild 3)*.

b. Kontrollera att systemet fungerar korrekt genom att verifiera att den bild som visas på monitorn är från videolaryngoskopets (bladets) kamera. En liten del av bladet kan synas i det övre vänstra hörnet eller högst upp på monitorn.

c. Vid behov, för att förhindra imma, låter du lampan värma upp under 30-120 sekunder.

BILD 3



VERATHON MEDICAL
verathon.com
glidescope.com

Huvudkontor:
Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, USA
Tel: 800-331-2313 (endast USA och Kanada)
Tel: +1.425.867.1348 F +1.425.883.2896

Tillverkare:
Verathon Medical (Canada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, British Columbia
Kanada, V5C 5A9

EC REP
EG-representant:
Verathon Medical (Europa) B.V.
Linnaeusweg 11
3401 MS IJsselstein, Nederländerna
Tel: +31-30-68-70-570
Fax: +31-30-68-70-512

GlideScope, GlideScope-symbolen, Reveal Verathon och Verathon Torch-symbolen är varumärken som tillhör Verathon Inc. ©2014 Verathon Inc. GlideScopes videolaryngoskopsystem är CE-märkta i enlighet med det medicintekniska direktivet och Verathon Inc. kvalitetssystem är kvalitetssystemcertifierat efter standarderna i ISO 13485:2003.

EUSM-0595-00-60